



Processo: 0194/2019 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 0111/2019

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2019, Aquisição de equipamentos odontológicos - cadeiras, mochos anatômicos e fotopolimerizadores para equipar as unidades básicas de saúde da Prefeitura Municipal de São Lourenço, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar - Proposta nº 11367.641000/1180-06.

Aos dezesseis dias do mês de Julho de 2019, às 12 horas, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2.642/2018, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB www.caixa.gov.br. Credenciaram-se para o certame 13 (treze) empresas e apresentaram proposta as seguintes:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
71.505.564/0001-24	Emigê Materiais Odontológicos Ltda
05.375.249/0001-03	Dental Alta Mogiana Comércio Produtos Odontológicos
29.312.896/0001-26	BH Dental Comercial Eireli - EPP
17.403.267/0001-22	Magalhães Indústria e Comércio Eireli - ME
05.286.960/0001-83	VS Costa e Cia Ltda
01.154.827/0001-12	Fênix Distribuidora Materiais Médico Hospitalar Ltda
30.323.616/0001-64	QuickBum e Commerce Eireli
04.878.432/0001-50	RCM Comércio de Equipamentos Eletro Eletrônico


Foi aberta a fase de lances pelo site, no intervalo das 14h30 às 15h, do corrente dia. As empresas BH Dental Comercial Eireli e Magalhães Indústria e Comércio, teve sua proposta do item 1 e 2 desclassificada, pois a marca não atende o descritivo do edital. Foram declaradas vencedoras as empresas: Dental Alta Mogiana Comércio Produtos Odontológicos e QuickBum e Commerce Eireli.

A seguir procedeu-se à análise da documentação da empresa, com o exame dos documentos enviados por email, sendo considerada as empresas habilitadas.

Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisição apurada em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeiro: 

Equipe de Apoio: _____

Processo: 0194/2019 Modalidade: Pregão eletrônico N° Modalidade: 111

Requisições Apuradas

Requisição: 0194/001 Unidade Requiritante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotações: 4.4.90.52.2.06.01.10.301.002.0068

Fornecedor: Dental Alta Mogiana - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
------	---------------	------------	-------------	-----------





Requisição: 0194/001 Unidade Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotações: 4.4.90.52.2.06.01.10.301.002.0068

Fornecedor: Dental Alta Mogiana - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR / CANETA DE ALTA ROTAÇÃO / MICRO MOTOR / CONTRA ANGULO / PEÇA RETA) - Cadeira odontológica com apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolamento, para evitar oxidação, fixada ao piso em dois pontos, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Articulação do encosto da cadeira central com apoios laterais. Estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira bi-articulada ou articulada com regulagem de altura. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois automáticos, volta à zero (programada de fábrica) e posição de trabalho (programada pelo profissional). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente e móvel com funções integradas, elevação mínima de 370 mm e máxima 770mm. Cuba de porcelana. Equipó acoplado à cadeira, com mesa dotada de três mangueiras sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas em peça única, com posicionamento dos instrumentos em angulação de 45º graus, de fácil limpeza, mesa integrada ao suporte das mangueiras, peça única, fixo e escalonado, evitando assim a queda involuntária dos instrumentos, causando danos ao mesmo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos. Mesa com puxador com linhas arredondadas, estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo dotado de três pontos de articulação e regulagem de altura com cinco ajustes num campo de 15 cm. Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada, estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV. Peça única integrada ao suporte das mangueiras, suporte para copo, cuspedeira de porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspedeira regulado através de registro. Sugador 6,3 mm.Refletor Odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000º k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade de 25000 lux até 6000 lux, controle de iluminação regressivo acionados no comando de pé</p> <p>Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, e totalmente fechado com proteção em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado, permitindo a iluminação por trás do paciente, acionamento liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar os movimentos de Volta a zero e posição de trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none">• Micromotor - Possui acoplamento Borden, spray interno, rotação de 5 mil a 20 mil rpm e sistema universal Intramatic; permite giro livre de 360º. Baixo nível de ruído e vibração.• Extra-torque - Turbina encaixe Borden 2 furos, refrigeração por spray triplo, capa curta, rolamento cerâmico, sistema FG de troca broca convencional, cab. arredondada, esterilizável em autoclave até 135º C.	5	R\$ 12.560,00	R\$ 62.800,00





Requisição: 0194/001 Unidade Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotações: 4.4.90.52.2.06.01.10.301.002.0068

Fornecedor: Dental Alta Mogiana - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
2	Mocho anatômico. Sistema de elevação do assento através de pistão a gás e descida com o peso do usuário. Assento anatômico que facilita a circulação sanguínea. Encosto semi-anatômico com sistema de regulagem longitudinal através de manípulo na base inferior do assento. Base em estrutura de aço com capa de acabamento em poliuretano injetado, com 05 rodízios. Estofamentos em poliuretano injetado, recoberto em PVC. Garantia de 1 ano. Superior ou igual Dabi/Gnatus/Kavo	5	R\$ 478,00	R\$ 2.390,00

Fornecedor: QuickBum E-Commerce - Eireli

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
3	Fotopolimerizador de resinas LED de alta potência sem fio. Garantia de 1 ano	4	R\$ 560,00	R\$ 2.240,00

Total da requisição R\$ 67.430,00

