

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0036/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico N° 0020/2021

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0020/2021 - Aquisição de bombas a vácuo para atender as necessidades dos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2021, às 15 horas, reuniram-se a Pregoeira e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 2.971/2021, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB www.caixa.gov.br. Credenciou para o certame 07 (sete) empresas e apresentaram proposta as seguintes:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
30.323.616/0001-64	Quickbum e Commerce Eirelli
25.583.303/0001-05	Equiposerv Com Prododont Ltda
05.375.249/0001-03	Dental Alta Mogiana Com. Prod.
21.118.789/0001-50	Einstein Serviços e Comércio

Foi aberta a fase da análise das propostas, às 15:00hs com as empresas consideradas classificadas.

Foi aberta a fase de lance a partir das 15:30 hs.


A seguir procedeu-se à análise da documentação da empresa Equiposerv Com Prododont Ltda e declarando a mesma vencedora do certame.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeira: _____


Equipe de Apoio:





Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Processo: 0036/2021 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 20

Requisições Apuradas

Requisição: 0036/001 Unidade Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.301.002.0068

Fornecedor: Equiposerv - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda

Vigência contratual:

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	BOMBA DE VÁCUO - Sistema de sucção de alta potência para consultório odontológico, que aspira aos resíduos do meio bucal e drena através de descarga única diretamente ao esgoto; copo com filtro coletor de detritos na entrada da sucção; duplo sistema de amortecimento com coxins do motor e base com pés anti-vibração; motor WEG de 1 HP com protetor térmico e eixo central em aço inox; flange, rotor e tampa fabricados em bronze; potência nominal de 1.690 VA ($\pm 10\%$) com 3.520 RPM que gira uma turbina em alta rotação; deslocamento/vazão de ar correspondente a 220 L/min; sistema de descarga única dos resíduos, utilizando de um abafador de ruídos; vácuo máximo de 550 mm/Hg; permite a instalação para até 4 consultórios em uso simultâneo, com distância máxima de 15 metros do ponto de sucção; selo mecânico de vedação; consumo de água de 0,400 l/min; filtro de entrada de água. Nível máximo de ruído de 65 dB a 700 mm do equipamento. Deve acompanhar o produto todos os niples, mangueiras, cabos e acessórios para instalação. Voltagem de alimentação 127/220 VAC, ciclagem 60 Hz. Cada bomba deve ser acompanhada de um cabo elétrico específico e um kit de sucção completo com suporte, mangueira, cânula registro de ajuste de aspiração através de alavanca e demais peças, que serão instalados em unidades auxiliares já existentes nos consultórios do Município da marca D700. Deverão anexar catálogo, manual do Usuário, dados completos da assistência técnica, pessoa jurídica autorizada pelo fabricante, que irá prestar os serviços de instalação e garantia.	10	R\$ 4.806,00	R\$ 48.060,00

Total da requisição R\$ 48.060,00